唯固特 多用途採血針

Vacuette Multiple Use Drawing Needle

衛署醫器輸字第 020564 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品用途：

本產品應用於採血時所使用的器材，僅能使用一次，且須由受過適當訓練的醫療照護人員使用。

產品說明：

本產品是由不鏽鋼所製成，且其中一端可裝在合適的安全閥上，產品上的標籤不只作為簡單的識別，也可用來檢視密封是否完整。本產品為無菌且只限單次使用的產品。

產品型號規格:

#450071	22G x 1”(0.70x25mm)	#450075 22G x 1-1/2”(0.70x38mm)
#450072	21G x 1”(0.80x25mm)	#450076 21G x 1-1/2”(0.80x38mm)
#450073	20G x 1”(0.90x25mm)	#450077 20G x 1-1/2”(0.90x38mm)

檢體採集與處理

檢體採集所需之器材：

在靜脈穿刺前確定下列的物品放在易取得之位置：

1. “唯固特”採血管。
2. 辨認病患檢體的標籤。
3. “唯固特”採血針與採血套管。

注意：“唯固特”採血針與 *Greiner Bio-One* 公司的採血套管搭配使用，方能達到最佳效果，若使用其他廠牌的採血套管，則使用者需自負責任。

4. 熟練一般安全預防措施，穿戴防護手套與防護衣著以避免接觸血液中所帶有之病菌。
5. 清潔穿刺部位的酒精棉棒或類似物品。
6. 乾燥、無菌的紗布。
7. 止血帶。
8. 貼布或繃帶。
9. 廢棄針頭收集筒。

儲存方式：

建議儲存溫度：<36℃（<97℉）。

注意：避免陽光直射。若超過最高的建議儲存溫度，可能會造成”唯固特”採血針品質受損。

預防措施：

- 本產品必須依照使用者操作場所的規定與步驟。
- HBV、HCV、HIV 及其他傳染性疾病可能經由接觸生物性檢體散播，當暴露在生物性檢體時，須確定會得到適當的醫療照護。
- 丟棄使用過的採血針在經過核准使用的容器中。
- 戴上防護手套，減少靜脈穿刺及採血過程暴露在危險物質中的機會。
- 若本產品已逾保存期限，請勿使用。

技術性資料:

	保存期限: 採血針可使用到標示的月份前
	批號
	滅菌指示(以 Ethylenoxid 氣體滅菌)

2022.09 版本

製造業者名稱/地址: Manufactured by Nipro Medical Industries Ltd. Tatebayashi Plant(2-19-64, Matsubara, Tatebayashi-shi, Gunma 374-8518, Japan) for Greiner Bio-One GmbH (Bad Haller Straβe 32, A-4550 Kremsmunster, Austria)

醫療器材商名稱：成信新貿易股份有限公司

醫療器材商地址：新北市中和區中山路二段 348 巷 10 號 10 樓