“葛瑞爾” 安全採血套組

“GREINER” Blood Collection Set

衛部醫器輸 字第 025588 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品型號及規格：

Item No.	Description	Size
450064	Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 10cm , 21G x 3/4”
450065	Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 30cm , 21G x 3/4”
450066	Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 19cm , 21G x 3/4”
450089	Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 19cm , 23G x 3/4”
450159	Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 30cm , 23G x 3/4”
450371	Blood Collection Set + Holder	tubing length: 19cm, 21G x 3/4"
450373	Blood Collection Set + Holder	tubing length: 19cm, 23G x 3/4"

產品用途：

葛瑞爾 安全採血套組為單次使用、無菌、蝴蝶針頭連接可拆式管路設計。葛瑞爾 安全採血套組使用於血液採集。

產品說明：

葛瑞爾 安全採血套組為單次使用、無菌、蝴蝶針頭連接可拆式管路設計，可以多種形式併用。葛瑞爾 安全採血套組為無菌單一包裝且可搭配轉接頭使用(如:HOLDEX)，此器材不含天然乳膠成分。本產品須由受過訓練之健康照護專業人員依據說明書正確使用。

採血套組	無菌單一包裝，可搭配轉接頭使用
採血套組搭配轉接頭	無菌單一包裝搭配轉接頭(如:用於連接標準採血套管)
採血套組搭配轉接頭+採血套管	無菌單一包裝，立即可使用於血液採集

操作步驟：

安全採血套組部份

1. 將安全採血套組從包裝中取出。
2. 確認本器材的狀態，若包裝已被開啟或損壞，請取用另一個針頭。
3. 選擇靜脈採血的位置。若有需要，請繫上止血帶並於採血處進行消毒。請勿觸摸消毒後的採血位置。

血液收集

1. 選擇適當的採血管與安全採血套組。
2. 小心的將蝴蝶針的保護套移除。
3. 讓病患的手臂向下進行靜脈採血，回血顯示成功的採血。
4. 如有需要，使用膠帶固定蝴蝶針。
5. 收集血液
6. 完成採血後，向下握住紗布。
7. 小心從靜脈移除針頭。
8. 請遵照指示說明於穿刺處保持壓力。
9. 依據設備的規定及程序，將安全採血套組丟棄到放置尖銳物的容器中。

安全採血套組+血液培養採血套管部份

- 依據當地核准的操作程序清潔採血部位和雙手。
- 使用酒精墊消毒血液收集瓶的隔膜並讓它自然風乾。
- 執行靜脈採血時病人手臂是向下的姿勢。
  血液培養瓶和血液收集試管在收集血液時必須始終保持向上的位置。
  注意：遵照製造廠的指示正確處理血液培養瓶。
- 握住血液培養採血套管在瓶口上方並向下壓。當使用需氧和厭氧瓶時，先收集需氧瓶再收集厭氧瓶。
- 當收集到正確量的血液時，將套管從瓶口移開並且繼續收集血液到唯固特血液收集試管中(如需要)。
- 完成血液收集後，用一隻手握著紗布朝下。
- 依據設備的規定及程序，將連有血液培養採血套管的安全採血套組一起丟棄到放置尖銳物的容器中。
  注意：在使用針頭期間和丟棄前，儘量將手放在針頭後方。
- 依據設備的使用步驟，在採血部位保持壓力。
  注意：請勿在採血部位施予不適當的壓力。

預防措施/注意事項：

1. 使用前請檢查安全採血套組，當有損壞時請勿使用。
2. 任何碰觸過血液檢體的採血針具皆視為具生物感染性，並須立即丟棄。
3. 在使用針頭期間和丟棄前，儘量將手放在針頭後方。

4. 依據設備的規定及程序，處理所有生物樣本和採血使用的尖銳物（刺血針、採血針、採血針轉接頭、採血套組）。
5. 任何暴露在生物檢體(例如:經由穿刺傷害)情況下的人必須接受適當的醫療照護，因為他們可能傳播人類免疫缺乏病毒(愛滋病)、病毒肝炎或其他傳染性疾病。
6. 重複使用產品可能造成有害的感染、受傷或死亡。
7. 丟棄所有使用過的安全採血套組和採血套管於經過核准的容器中。
8. 在靜脈穿刺的過程中應隨時戴上防護手套，以降低暴露於危險物質的機會。
9. 採集被固定、血友病或癲癇患者等之血液檢體時須特別注意。

儲存方法：

儲存產品在 4-36°C（40-97°F）

注意：避免陽光直射。若超過最高建議儲存溫度，可能會造成安全採血套組品質受損。

製造業者名稱地址: Manufactured by Nipro (Thailand) Corporation Limited (10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand) for Greiner Bio-One GmbH (Bad Haller Straβe 32, A-4550 Kremsmunster, Austria)

醫療器材商名稱：成信新貿易股份有限公司

醫療器材商地址：新北市中和區中山路二段348巷10號10樓