唯固特 血液收集配件
Vacuette Blood Collection Accessories

衛署醫器輸字第 014137 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

唯固特 標準採血套管

短規格
此標準採血套管是由聚丙烯製成，其可與所有唯固特 採血針頭和唯固特 連接頭搭配使用。此採血套管為依照當地實驗室的規範和步驟之單次使用產品。
型號: 450201　　包裝: 10 個/袋，1200 個/箱
型號: 450209　　包裝: 100 個/袋，2000 個/箱

唯固特 QUICKSHIELD 採血套管

唯固特 Quickshield 採血套管是由聚丙烯製成，其必須和唯固特 採血針頭搭配使用。唯固特 Quickshield 採血套管有安全保護套的設計，當靜脈採血後這個安全保護套立刻會被啟動去蓋住針頭，以保護使用者避免被針頭扎到。
型號: 450230　　包裝: 50 個/袋，1000 個/箱

唯固特 Speedy Quick Release 採血套管

唯固特 Speedy Quick Release 採血套管是由聚丙烯製成。此採血套管可重覆使用。
推動釋放裝置針頭就會從套管釋放出來並直接掉入丟棄尖銳物的容器。此釋放裝置(材質為聚縮醛樹酯 polyoxymethylene-POM)的設計是自動縮回因而使套管能立刻再使用。此套管上的螺紋設計是為了和唯固特 採血針頭及唯固特 連接頭搭配使用。
型號: 450212　　包裝: 10 個/袋，1000 個/箱

唯固特 HOLDEX 採血套管

唯固特 HOLDEX 是無菌、透明、可丟棄式由聚丙烯製成的套管，在套管頂部偏離中央的地方有一個連接頭噴嘴，套管內部有不鏽鋼針頭。唯固特 HOLDEX 套管由聚丙烯製成，適用於不容易靜脈採血的病人。套管上非中央連接頭噴嘴設計給予靜脈採血時最佳的角度。
型號: 450263　　包裝: 100 個/盒，800 個/箱

唯固特 血液培養採血套管

產品規格：

產品型號	產品包裝
450181	40 個/包，320 個/箱

產品用途：
唯固特 血液培養採血套管使用在例行靜脈採血步驟中將血液注入血液培養瓶和試管內，此產品是由受過訓練之醫事人員依據說明書正確使用。

產品說明：
唯固特 血液培養採血套管為單次使用、非滅菌、由塑膠製成，與所有唯固特 採血針轉接頭

和唯固特 安全/採血套組搭配使用。

唯固特 SAFELINK 採血套管

唯固特 SAFELINK 是無菌、單次使用、拋棄式由聚丙烯製成的套管。採血套管中間上方有個連接頭。套管內部有個不銹鋼針頭，用於採集血液時刺入真空採血管內。
型號: 450210　　包裝: 100 個/盒，800 個/箱

唯固特 血液檢體轉移器採血套管

血液檢體轉移器用於將血液從注射器轉移到真空採血管中。
血液檢體轉移器是一次性、無菌的血液採集配件。其設計是允許將血液從注射器收集到採血管中。
型號: 450225　　包裝: 100 個/袋，800 個/箱

檢體收集和處理：

注意：採血套組或採血針轉接頭的詳細訊息，請參考適用的操作手冊。

執行靜脈採血前請詳閱使用說明書
在執行靜脈採血和處理血液收集試管時，請戴手套以降低暴露在危險物的環境!

- 將採血針轉接頭和安全/採血套組旋緊在唯固特 血液培養採血套管上，確定採血針轉接頭穩固地與血液培養採血套管連接避免使用時脫落。

注意：不適當地旋緊採血針轉接頭於血液培養採血套管上，可能導致血液培養採血套管和/或血針轉接頭螺紋的損害，此損害可能引起靜脈採血時採血針轉接頭的鬆脫。

- 依據當地核准的操作程序清潔採血部位和雙手。
- 使用酒精墊消毒血液收集瓶的隔膜並讓它自然風乾。
- 執行靜脈採血時病人手臂是向下的姿勢。
  血液培養瓶和血液收集試管在收集血液時必須始終保持向上的位置。

注意：遵照製造業者的指示正確處理血液培養瓶。

- 握住血液培養採血套管在瓶口上方並向下壓。

注意：當使用需氧和厭氧瓶時，先收集需氧瓶再收集厭氧瓶。

- 當收集到正確量的血液時，將套管從瓶口移開並且繼續收集血液到唯固特 血液收集試管中(如需要)。
- 完成血液收集後，用一隻手握著紗布朝下。

注意：在使用針頭期間和丟棄前，儘量將手放在針頭後方。

- 當使用安全採血套組時，壓住兩端旋翼嚙合卡鎖以啟動安全裝置，握住安全裝置向後滑出直到聽見喀嚓聲，此喀嚓聲表示安全裝置已正確地被啟動。
- 依據設備的規定及程序，將連有血液培養採血套管的安全採血套組一起丟棄到放置尖銳物的容器中。
- 當使用採血套組時，依據設備的規定及程序，將連有血液培養採血套管的安全採血套組一起丟棄到放置尖銳物的容器中。

注意：在使用針頭期間和丟棄前，儘量將手放在針頭後方。

- 依據設備的使用步驟，在採血部位保持壓力。

注意：請勿在採血部位施予不適當的壓力。

預防措施/注意事項

預防措施

- 使用前請檢查血液培養採血套管，當有損壞時請勿使用。
- 請勿將採血針頭套套回針頭上。
- 完成採血後，依據設備的規定及程序，將連有血液培養採血套管的安全/採血套組一起丟棄到放置尖銳物的容器中。
- 在使用針頭期間和丟棄前，儘量將手放在針頭後方。

注意事項

- 依據設備的規定及程序，處理所有生物樣本和採血使用的尖銳物 (刺血針、採血針、採血針轉接頭、採血套組)。
- 任何暴露在生物檢體(例如:經由穿刺傷害)情況下的人必須接受適當的醫療照護，因為他們可能傳播人類免疫缺乏病毒(愛滋病)、病毒肝炎或其他傳染性疾病。
- 丟棄所有使用過的針頭和連有血液培養採血套管的安全/採血套組在經過核准使用的生物危害容器中。
- 在靜脈穿刺的過程中應隨時戴上防護手套，以降低暴露於危險物質的機會。

儲存方法

儲存產品在 4-25°C (40-77°F)

注意：避免陽光直射。若超過最高建議儲存溫度，可能會造成採血套管品質受損。

產品處置

- 對於傳染物質的處置，應遵守一般衛生指引和規範。
- 一次性使用的手套可避免感染的危險。
- 污染物和針頭在採血後必須立刻丟棄到生物危害處置容器中，然後進行滅菌和焚化。

醫療器材商名稱: 成信新貿易股份有限公司

醫療器材商地址: 新北市中和區中山路二段 348 巷 10 號 10 樓

製造業者名稱: Greiner Bio-One GmbH

製造業者地址: Bad Haller Straβe 32, A-4550 Kremsmünster, Austria